

**TINGKAT KEPATUHAN PETUGAS
MENGUNAKAN ALAT PELINDUNG DIRI SAAT
HANDLING KEMOTERAPI DI RS SEMEN GRESIK**

ANGGUN WIBISONO

ABSTRAK

Pengamatan kepatuhan penggunaan APD pada Petugas Handling Sitostatika di RS Semen Gresik ada tanggal 08-23 juli 2019 di ruang BSC unit Kemoterapi. Masalah yang terjadi selama pengamatan adalah penggunaan APD yang kurang sesuai menurut SOP dan undang-undang yang berlaku. Jenis pengamatan menggunakan metode kualitatif dengan metode deskriptif. Teknik pengolahan data yang dilakukan adalah observasi partisipasi pasif yang dilakukan 2 subjek petugas saat *handling* sitostatika. Instrumen pengamatan yang dilakukan berupa tabel *checklist* penggunaan APD. Diperoleh data yaitu sebanyak 95,24% dan 97,62%. Sedangkan diperoleh data ketidakpatuhan petugas farmasi dalam proses *handling* kemoterapi di RS Semen Gresik yaitu sebanyak 28,57% dan 14,29%. Rata-rata kepatuhan petugas menggunakan APD sebanyak 96,6% dan rata-rata ketidakpatuhan petugas menggunakan APD sebanyak 21,43%. Berdasarkan persamaan maka disimpulkan bahwa penggunaan APD saat *handling* kemoterapi di RS Semen Gresik pada subjek I tinggi dan subjek II cukup tinggi. Tetapi dari hal itu terdapat beberapa hal yang perlu ditingkatkan dengan mematuhi aturan penggunaan APD saat melakukan *handling* kemoterapi di RS Semen Gresik. Sehingga dapat meminimalisir kejadian yang tidak diharapkan.

Kata Kunci : *Pengamatan, kemoterapi, hadling, APD, kepatuhan, subjek.*